調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
目詰まり点試験器		ＧＱ－Ｚ１０７００４	
		作　　成	平成２７年　６月２２日
		変　　更	平成　　年　　月　　日
		作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の目詰まり点試験器について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｋ ２２８８　　石油製品－軽油－目詰まり点試験方法

ＮＤＳ Ｚ ８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様又は社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**に示す様式の銘板を，本体の適宜な位置に堅固に接着するものとする。

単位　mm

注記1　材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１で示すアルミニウムはくとし，加工方法は印刷法とする。

注記2　用字及び書体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

注記3　銘板の寸法は，標準を示す。

注 a)　物品番号を記入する。

b)　納入年月を記入する。

例　２０１６年3月

c)　納入者の名称及びその略号を記入する。

図1－銘板

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，**表1**によるものとし，契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品１台につき各１部を添付するものとする。

表1－添付書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊でも可とする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
品質保証書	製造者の仕様による。
アフターサービス連絡表	納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.2.2　提出書類

提出書類は，**表2**によるものとし，契約の相手方は，納期までに補給統制本部需品部へ各２部を提出するものとする。ただし，初回のみとし，２回目以降同一契約者が同一製品を納入する場合は省略する。

表2－提出書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊でも可とする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
品質保証書	製造者の仕様による。
アフターサービス一覧表	全国の支店，営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.3　搬入・調整

搬入及び調整は，納地において契約の相手方が納地先と細部調整の上，実施するものとする。

6.4　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3によるものとする。

調達品目表

調達要求番号	５１ＴＴ１ＡＫ００６４	作成部隊等名	補給統制本部　需品部
調達要求年月日	平成２７年　7月２９日	作成年月日	平成２７年　6月２２日
仕様書番号	ＧＱ－Ｚ１０７００４		

1　調達品目

品名	カタログ製品名 a)	注記
目詰まり点試験器	吉田科学器械（株）　ＣＦＰＰ－Ａ２Ｃ２ 田中科学機器製作（株）　ＡＦＰ－１０２ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	－
注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

項目	性能等
準拠規格	ＪＩＳ Ｋ ２２８８に基づく試験が可能
操作方法	試験の手順は自動化できるもの
測定間隔	１ ℃降下ごと
測定範囲	常温～－３５ ℃
試料架数	２本架以上
試験槽	－３４ ℃，－５１ ℃で使用できるもの
電源	ＡＣ１００ Ｖ，ＡＣ２００ Ｖ　3相　１５ Ａ　５０／６０ Ｈｚ
寸法	幅１　２００　mm以下×奥行き１　２００　mm以下×高さ１　６００　mm以下